indusbello
inovação para uma vida saudável

Autoclavável em até 135º C

Linha Odontológica

Consultar Instruções de Utilização

Não Estéril

Manter Afastado da Luz do Sol

Manter Seco

Endo RH Plus

*PELÍCULA RADIOGRÁFICA NÃO INCLUSA

- Enquadramento perfeito e praticidade
- Na Endodontia: radiografias transoperatórias durante o tratamento de canal (odontometria e conometria)
- Na Implantodontia: verificação do paralelizador indicador de direção em relação ao seio maxilar, fossas nasais e nervo mentoniano

ENDO RH PLUS: Possui exclusivos dispositivos para mordida. Na **Endodontia**: compensa a parte da lima e do cone que ultrapassar a coroa do dente. Na **Implantodontia**: compensa a sobra do paralelizador indicador de direção, além de um formato diferenciado, que permite as radiografias transoperatórias na endodontia e implantodontia.

INDICAÇÃO: Para **Endodontia:** é utilizado para tomadas radiográficas sob isolamento absoluto, ou seja, as radiografias transoperatórias durante o tratamento de canal (odontometria e conometria).

Para **Implantodontia**: na verificação do paralelizador indicador de direção em relação ao seio maxilar, fossas nasais e nervo mentoniano.

INSTRUÇÕES PARA USO: Prender a película radiográfica na Aleta de Pressão; para dentes posteriores a película radiográfica deve ficar na horizontal e para dentes anteriores na vertical. Colocar o Posicionador na boca do paciente de maneira que o dente em questão fique no centro da película radiográfica; nos dentes posteriores o Posicionador é mantido em posição pelo paciente, pois o mesmo fecha a boca mordendo o Dispositivo para Mordida. Nos dentes anteriores o paciente mantém a boca aberta segurando o Posicionador pela haste (com o dedo polegar e indicador em forma de pinça), dispensando o uso do Dispositivo para Mordida. O procedimento é válido também para casos de pacientes com boca pequena, desdentados anteriores e canais atrésicos. Nas tomadas radiográficas alinhar o cone do aparelho de raio X com o Anel do Posicionador.

Nota: na **Endodontia**, soltar o lençol de borracha do lado oposto ao dente a ser radiografado. Se for preciso dissociar raízes, ajuste o cone do Aparelho de Raio X para realizar radiografias mesiorradial ou distorradial.

*Veja infográfico interno

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2 % por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Após inspeção visual verificar a eficácia do processo de limpeza e acondicionar o produto em embalagem para esterilização como grau cirúrgico (desmontando o anel) no tamanho compatível para que o anel não sofra alterações em seu formato ou dentro do pote exclusivo Indusbello, que deve ser colocado na autoclave com o dispositivo da tampa aberto e somente após esterilização o mesmo deverá ser fechado. A esterilização deverá ser feita através de autoclave com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Poliacetal, policarbonato, pigmento e silicone atóxico.

PRECAUÇÕES: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave. O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

APRESENTAÇÃO: 1 PEÇA A para dentes posteriores (superiores esquerdo e inferiores direito) e anteriores (superiores e inferiores); **1 PEÇA B** para dentes posteriores (superior direito e inferiores esquerdo) e anteriores (superiores e inferiores)

2 Dispositivos para Mordida 14mm

2 Dispositivos para Mordida 16mm

1 Pote Autoclavável (exclusivo)

ATENÇÃO: Película Radiográfica não está inclusa.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data da fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações podem provocar a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código	Descrição	Apresentação	Registro da ANVISA
107588100003	*Endo RH Plus*	*1 Caixa*	*I 80213420034*

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Indústria Brasileira

EC REP Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

INSTRUÇÕES DE USO

PEÇA A

Posteriores



1. Prenda a película radiográfica na aleta de pressão (a película deve ser posicionada na horizontal)

2. Encaixe o anel e o dispositivo de mordida no posicionador

3. Leve o conjunto a boca do paciente de maneira que o dente a ser radiografado fique no centro da película radiográfica

4. Peça para o paciente fecha a boca e morder o dispositivo para mordida estabilizando automaticamente o posicionador

5. Alinhe o cone ao aparelho de Raio-X com o anel do posicionador Endo RH Plus

Anteriores

1. Prenda a película radiográfica na aleta de pressão (a película deve ser posicionada na vertical)

2. Encaixe o anel no posicionador (no caso de dentes anteriores o dispositivo para mordida é dispensado)

3. Leve o conjunto a boca do paciente de maneira que o dente a ser radiografado fique no centro da película radiográfica

4. O paciente deverá manter a boca aberta e estabilizar o posicionador segurando-o pela haste (com o dedo polegar e indicador em forma de pinça)

ASSISTA O VÍDEO

PEÇA B

Posteriores



1. Prenda a película radiográfica na aleta de pressão (a película deve ser posicionada na horizontal)

2. Encaixe o anel e o dispositivo de mordida no posicionador

3. Leve o conjunto a boca do paciente de maneira que o dente a ser radiografado fique no centro da película radiográfica

4. Peça para o paciente fecha a boca e morder o dispositivo para mordida estabilizando automaticamente o posicionador

5. Alinhe o cone ao aparelho de Raio-X com o anel do posicionador Endo RH Plus

Anteriores



1. Prenda a película radiográfica na aleta de pressão (a película deve ser posicionada na vertical)

2. Encaixe o anel no posicionador (no caso de dentes anteriores o dispositivo para mordida é dispensado)

3. Leve o conjunto a boca do paciente de maneira que o dente a ser radiografado fique no centro da película radiográfica

4. O paciente deverá manter a boca aberta e estabilizar o posicionador segurando-o pela haste (com o dedo polegar e indicador em forma de pinça)